

Relatório de Fiscalização

Nome:	CNES:	CNPJ:		
SAMU OLINDA	2345331			
Nome Empresarial:	CPF:	Personalidade:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	--	JURÍDICA		
Logradouro:	Número:	Telefone:		
AVENIDA SANTOS DUMONT	177	(81)34294073		
Complemento:	Bairro:	CEP:	Município:	UF:
	VARADOURO	53010230	OLINDA - IBGE - 260960	PE
Tipo Estabelecimento:	Sub Tipo Estabelecimento:	Gestão:	Dependência:	
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA		MUNICIPAL	MANTIDA	
Número Alvará:	Órgão Expedidor:	Data Expedição:		
Horário de Funcionamento:				
Não informado				

Diretor técnico: ELENILSON PEREIRA DOS SANTOS (CRM: 17.547)

Por determinação deste Conselho fomos ao estabelecimento acima citado verificar suas condições de funcionamento.

Tal vistoria é uma demanda do SIMEPE, cujo protocolo é 11.686/2015.

Trata-se de uma unidade de saúde pública municipal tipo unidade móvel.

Foram identificadas as seguintes condições de funcionamento:

Infraestrutura precária: reboco caindo, mobiliário precário, azulejos quebrados, paredes com infiltração.

Escada de acesso à unidade sem iluminação.

Conta com vigilância armada 24h, no entanto, a unidade já foi invadida várias vezes.

Portão de entrada quebra com frequência.

Não possui saída de emergência.

A maioria dos plantonistas são concursados.

Expurgo inapropriado, lavagem dos materiais é realizada pelos técnicos de enfermagem.

É regulado pelo SAMU Metropolitano com sede em Recife.

Referencia-se com todas as unidades de saúde de urgência.

Principais problemas enfrentados são o fechamento das portas de emergência por conta da superlotação e retenção frequente de macas nas unidades de saúde.

Possui 01 ambulância tipo USA (unidade de suporte avançado), 04 tipo básica e 01 reserva técnica. Há ainda uma motolância.

No dia da vistoria, apenas 03 ambulâncias estavam em funcionamento, as demais estavam no conserto.

Frequentemente a USA

Foi informado que os veículos não são submetidos à revisão preventiva, apenas à manutenções corretivas. Programado é apenas a troca de óleo.

A escala médica está incompleta.

Conta com um almoxarifado para estoque de material.

Há faltas frequentes de materiais como coxim, colar cervical, máscara de venturi, ambu.

Contudo, no dia da fiscalização não havia falta de material.

Funcionários reclamam a falta de capas de chuva.

Tipo de paciente atendido:

- Psiquiátrico
- Domiciliar
- Recém-nascido
- Domiciliar de rotina
- Idoso
- Inter-hospitalar
- Em via pública
- Unidade de terapia intensiva

A ambulância tipo básica conta com:

- Sinalizador óptico e acústico
- Equipamento de rádio-comunicação móvel
- Maca com rodas
- Rede de oxigênio com cilindro, válvula e manômetro.
- Régua com dupla saída
- Pranchas curtas e longas
- Maleta de emergência
- Maleta de parto
- Conjunto de colares cervicais
- Frascos de soro fisiológico
- Talas para imobilização de membros
- Cobertores
- Colete refletivo para tripulação
- Óculos

A ambulância tipo básica não conta com:

- Oxigênio com régua tripla (A-alimentação do respirador, B-fluxômetro e umidificador de oxigênio e C-aspirador tipo venturi)

A ambulância tipo UTI conta com:

- Sinalizador óptico e acústico
- Rádio-comunicação móvel
- Maca com rodas
- Dois suportes de soro
- Cadeira de rodas
- Rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro e régua com dupla saída
- Respirador mecânico de transporte
- Oxímetro não invasivo portátil
- Monitor cardioversor c/ bateria e instalação elétrica disponível
- Maleta de vias aéreas
- Maleta de acesso venoso
- Caixa completa de pequena cirurgia
- Maleta de parto
- Sondas vesicais

- Coletores de urina
- Espátulas de madeira
- Sondas nasogástricas
- Eletrodos descartáveis
- Circuito para respirador de reserva, porém não é estéril
- Equipamentos de proteção à equipe: óculos, máscaras e aventais.
- Coberto ou filme metálico p/ conservação do calor do corpo
- Campo cirúrgico fenestrado
- Conjunto de colares cervicais
- Prancha longa para imobilização da coluna
- Bomba de infusão com bateria e equipo, contudo a bomba de insulina está quebrada há 60 dias
- Frascos de drenagem do tórax
- Protetores para eviscerados ou queimados
- Equipos para drogas fotossensíveis
- Equipos para bombas de infusão
- Almotilas com anti-sépticos

Ambulância USA **não** conta com:

- Extensões para drenos torácicos

Informado que o respirador da USA está solto.

Há uma farmácia que é climatizada, com farmacêutico responsável diarista e auxiliar de farmácia nas 12h diurnas; e possui as seguintes medicações:

- Adrenalina
- Atropina
- Dopamina
- Aminofilina
- Dobutamina
- Hidrocortisona
- Glicose A 50%
- Soro glicosado 5%
- Soro fisiológico 0.9%
- Hidantoína

- Diazepan
- Midazolan
- Água Destilada
- Metoclopramida
- Dipirona
- Hioscina
- Nifedipina
- Dinitrato de isossorbitol
- Furosemide
- Amiodarona

Não há Lanatosideo “C”, nem meperida. Porém conta com deslanosídeo.

Todas as medicações da farmácia estão disponíveis para os dois tipos ambulâncias.

Há déficit da escala de funcionários de serviços gerais. Em alguns dias não há nenhum funcionário de limpeza.

Copa possui micro-ondas, fogão e geladeira.

O esgoto da cozinha reflui no banheiro dos funcionários de nível superior.

Em um espaço único se situam a sala de estar e o refeitório.

Informado que os funcionários receberam uniformes, inclusive botas.

Possui uma incubadora de transporte.

Unidade situa-se no primeiro andar e não possui rampa de acesso; o que dificulta a descida da maca com a incubadora de transporte, esta é trazida nos braços dos funcionários.

Conta com expurgo, mas não há esterilização. Circuito do respirador não é estéril.

Material de desinfecção é inadequado, há dias em que só tem hipoclorito para desinfetar o material.

Um dos técnicos de enfermagem da ambulância é desviado de sua função original para realizar a limpeza do material.

Lixo contaminado recolhido pela Serquipe.

Quando chove um pouco mais, há inundação e as ambulâncias não conseguem sair.

Funcionários recebem ticket refeição.

A média de ocorrências da USA é 02 nas 12h e da básica 06 a 08 em 12h.

Em anexo:

- Escala dos médicos
- Lista de médicos com respectivos registros no Cremepe

Conceito da unidade: “E”

De acordo com as condições da unidade a é classificada em:

- A-ótima
- B-Boa
- C-Regular
- D-Ruim
- E- Péssima

Os principais normativos de referência para este relatório são:

- O Art. 28 do Decreto nº 20931/32 preceitua que **qualquer organização hospitalar ou de assistência médica, pública ou privada, obrigatoriamente tem que funcionar com um Diretor Técnico, habilitado para o exercício da medicina, como principal responsável pelos atos médicos realizados.**
- Resolução CFM nº 2007/2013, de 8 de fevereiro de 2013 que dispõe sobre a **exigência de título de especialista para ocupar o cargo de diretor técnico, supervisor, coordenador, chefe ou responsável médico dos serviços assistenciais especializados.**
- Portaria n.º 2048/GM de 5 de novembro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.

- Resolução CFM nº 1931/2009 - Aprova o novo Código de Ética Médica - (publicada no D.O.U de 24 de setembro de 2009, Seção I, p. 90) - (retificação publicada no D.O.U de 13 de outubro de 2009, Seção I, p.173).

Olinda, 11 de fevereiro de 2016

Polyanna Neves - Médica Fiscal